

กำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์การศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2566
คณะทันตแพทยศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายการจัดซื้อ ขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วน (Semi-adjustable) จำนวน 25 ตัว

1. รายละเอียดและคุณลักษณะ

- 1.1 เป็นเครื่องแสดงการสบฟันชนิดปรับได้บางส่วน ชนิด Non-arcon type
- 1.2 มีระยะห่างระหว่างหัว Condyles ประมาณ 110 มิลลิเมตร
- 1.3 Condyles guidance สามารถปรับมุม Protrusive ได้ระหว่าง 5 องศา ถึง อย่างน้อย 60 องศา
- 1.4 Incisal table สามารถปรับมุมได้ ทั้งในแนว Anterior posterior และ lateral อย่างน้อย 1 อัน ต่อ 1 ชุด
- 1.5 Incisal pin เป็น Straight หรือ Curve อย่างน้อย 1 แท่ง ต่อ 1 ชุด
- 1.6 มี pin อย่างน้อย 1 แท่ง ต่อ 1 ชุด
- 1.7 ปุ่มและแกนต่างๆ ต้องปรับและขันแน่นได้ด้วยมือไม่ต้องใช้ไขควง
- 1.8 มี Mounting plate ที่มาจากโรงงานผู้ผลิต 2 คู่ ต่อ 1 ชุด
- 1.9 มี Bite plate 1 ชิ้น ต่อ 1 ชุด
- 1.10 สามารถใช้ร่วมกับ Facebow
- 1.11 มีกล่องที่รับน้ำหนักของขากรรไกรเทียมชนิดปรับได้บางส่วนได้ มีฝาปิดมิดชิดชนิดล็อกได้ และฐานกล่องมีวัสดุที่กันไม่ให้ตัว Articulator เคลื่อนที่ได้


2. ข้อกำหนดอื่น

- 2.1 มีคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 1 ชุด ต่อ 1 ชุด
- 2.2 บริษัทรับประกันสินค้า 1 ปี

3. สถานที่ติดตั้ง

ชั้น 8 อาคาร 55 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ สจล.


ผู้กำหนดรายละเอียด



(ทพ.ธราธิป กุลโชติรัตน์)



(ดร.ธนพล ลิ้มบุญเรือง)



(ทพญ.ศิริรัตน์ ชันศิริ)